

SIA „Pharma and Chemistry Competence Centre of Latvia”
Reģ.Nr.: 40103308109
Adrese: Dzirnavu iela 93-27, Rīga, LV-1011

Rīgā, 2011.gada 26. septembrī

Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija

1. Vispārīga informācija par finansējuma saņēmēju:

Nosaukums: SIA „Pharma and Chemistry Competence Centre of Latvia”

Vienotais reģ. Nr.: 40103308109

Adrese: Dzirnavu iela 93-27, Rīga, LV-1011

Kontaktpersona: Vitālijs Skrīvelis, tālrunis: +371-29223644, e-pasts: pcccl@inbox.lv

2. **Iespējamo piegādātāju atlases kritēriji:** Piegādātājam jāspēj nodrošināt iepirkuma priekšmeta piegādi atbilstoši tehniskās specifikācijas nosacījumiem.

3. Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija:

Darba vietu un laboratorijas aprīkojuma un iekārtu noma stikla pakešu malu blīvējumu sistēmām lietojamo materiālu un hermetizējošo un pārklājumu sastāvu uz dažādu polimēru bāzes optimizācijas pētniecībai

a) Tehniskā specifikācija		Skaitis
Nr.	Darba vietas aprīkojuma, laboratorijas aprīkojuma un iekārtu nosaukums	
I. daļa: darba vietu aprīkojums		
1.	Datorgalds (ne mazāk kā 120x60x75 cm)	7
2.	Portatīvais dators Intel Core i3M350, 2,276 Hz/RAM 4 GB/HDD 500 GB/CDRW, ar Microsoft programmatūru Windows 7 Pro, MS Office 2010 vai ekvivalents vai labāks	3
3.	Dators ar Pentium D 3 GHz/RAM/ 1 G80GB/CD/LAN, komplektā ar monitoru LCD 19”, Microsoft programmatūra MS Windows XP Pro, MS Office 2003 vai ekvivalents vai labāks	4
4.	Krāsu printeris (HP Office Jet Pro K850) vai ekvivalents vai labāks	2
II. daļa: laboratorijas aprīkojums		
1.	Laboratorijas galds ar ķīmiski un termiski noturīgu virsmu (ne mazāk kā 135x75x90 cm)	5
2.	Velkmes skapis ar ķīmiski un termiski noturīgu virsmu (ne mazāk kā 135x75x250 cm)	2
3.	Svaru galds (SW090) (ne mazāk kā 75x75x90 cm)	2
4.	Svari analītiskie Precisa XT 120A vai ekvivalents vai labāks	1
5.	Svari 310/0,01 (BBL-54) vai ekvivalents vai labāks	2
6.	Svari Preciza BJ 410C (0,01) vai ekvivalents vai labāks	1
7.	Svari preciza BJ2100D (0,1) vai ekvivalents vai labāks	1
8.	Svari ViBRA AJH 620 (0,001) vai ekvivalents vai labāks	1
9.	Laboratorijas reaģentu un trauku skapis (ne mazāk kā 140x200x60 cm)	1
10.	Laboratorijas plītiņa HP 550 (50 - 550 °C) vai ekvivalents vai labāks	1
11.	Precīzijas digitālais termometrs GMH 175 (-200 ; +200; Pt 1000) vai ekvivalents vai labāks	1
III. daļa: laboratorijas iekārtas		


1.	Laboratorijas maisītājs EUROSTAR power control (IKA) vai ekvivalents vai labāks	1
2.	Laboratorijas dissolveris Disperlux 220 Blue (Pendraulik) (RPM 0 -11000, 3 Nm) vai ekvivalents vai labāks	1
3.	Laboratorijas vakuumējams planetārais lāpstiņmaisītājs, 6 l, VM6 (Gustav Spangenberg) vai ekvivalents vai labāks	1
4.	Laboratorijas vakuumējams dissolver-planetārais maisītājs (Teja) 10 l (RPM planetārais 0 -24 min ⁻¹ , dissolveris 0 -4000 min ⁻¹ , vai ekvivalents vai labāks	1
5.	Laboratorijas centrifugālais maisītājs Speed mixer DAC 150.1 FVZ-K vai ekvivalents vai labāks	1
6.	Laboratorijas trīs kalandru valči Nagema vai ekvivalents vai labāks	1
7.	Žavskapis HORO ar gaisa recirkulāciju (ne mazāk kā 50x80x60 cm, 50 -250 °C)	2
8.	Ultra termostats U 15 (tilpums 10 l, 100 °C, 1,5 kW, ±1 °C) vai ekvivalents vai labāks	2
9.	Rotācijas vakuumietvaicētājs (RPM 20 -120, vertikālais dzesētājs, 2 l) vai ekvivalents vai labāks	1
10.	Birstošu vielu ūdens satura noteikšanas mēriekārta Aquatrac (Brabender) vai ekvivalents vai labāks	1
11.	Titrolīne KF (ūdens noteikšana pēc Fišera) vai ekvivalents vai labāks	1
12.	Automātiskā birete (Titronic Basic) vai ekvivalents vai labāks	1
13.	Vakuumsūkņi (eļļas, trīspakāpju ar gāzes balastu, 6 m ³ /h, 0,1 mBar) vai ekvivalents vai labāks	1
14.	Reometrs Rheotest RN 4 (CSS un CRS) (viskozitātēm 10 ⁹ mPas) vai ekvivalents vai labāks	1
15.	Viskozimetrs Brookfield DVII+ Pro vai ekvivalents vai labāks	1
16.	Pārklājuma žūšanas laika noteikšanas ierīce (BYK Drying Recorder) vai ekvivalents vai labāks	1
17.	Cietības mērierīce (Shore A) vai ekvivalents vai labāks	2
18.	Stiprības testēšanas iekārta Zwick-Roell Z010 vai ekvivalents vai labāks	1
19.	Klimatiskā kamera Santest XLS+ (ATLAS) vai ekvivalents vai labāks	1
b) Papildus prasības		
1.	Iepirkuma nomas periods:	2011.gada oktobris – 2015.gada jūnijs (45 pilni mēneši)
2.	Iepirkuma priekšmeta piegādes vieta:	Dobeles novads, Dobele, Spodrības 3
3.	Samaksas nosacījumi:	Pretendents piekrīt, ka samaksas nosacījumi tiks atrunāti iepirkuma līgumā. Avansa maksājums nav lielāks par 30% no līguma summas.
4.	Atbilstība:	Ja tehniskajā specifikācijā uzskaitītajām aprīkojumam un iekārtām ir iespējams ekvivalents, kura esamību finansējuma saņēmējs nav paredzējis, pretendents var iesniegt ekvivalentām prasībām atbilstošu piedāvājumu.
5.	Apjoms:	Pretendents var iesniegt piedāvājumu par kopējo apjomu vai arī katrā iepirkuma daļā atsevišķi.

4. **Cena:** jānorāda LVL (bez PVN)

5. **Prasības piedāvājuma noformējumam:**

- jāiesniedz 2 eksemplāros (oriģināli), sagatavotus datorrakstā latviešu vai angļu valodā;

- jānorāda dokumenta sagatavošanas datums, vieta, numurs, kā arī paraksts, paraksta atšifrējums;
- 1. lappuse jādrukā uz uzņēmuma veidlapas (ja tāda ir).



SIA „Pharma and Chemistry Competence Centre of Latvia”

Vitālijs Skrīvelis